DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-164	PS/JMP/58698

PRODUCTO
Monitor/Desfibrilador HeartStart MRx

FABRICANTE
Philips Medical Systems, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. C/María de Portugal, 1. 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad e instrucciones relacionadas con la realización inmediata del Test de funcionamiento manual en los monitores/desfibriladores HeartStart MRx, en caso de sufrir una caída o someterse a un choque mecánico severo, aunque la carcasa exterior siga intacta, debido al riesgo de que pueda tener daños internos y no administre la terapia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X 2 C W W 2 S 7 9 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89