MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-175	PS/AG/58713

PRODUCTO
Láser quirúrgico Medilas H140, modelo K2015000.

VERSION SOFTWARE
O1911.1.02.0 y O1911.1.03.0

FABRICANTE
Dornier MedTech GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dornier MedTech España, S.L., Avda. Alcalde Barnils, 64-68 Módulo A 1º 3ª, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software de los láseres quirúrgicos Medilas H140, a la versión O1911.1.04.0, debido a la posibilidad de que continúen disparando aproximadamente durante 50 segundos sin accionar el pedal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: F E Z J T X 9 9 5 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89