ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-170	PS/SI/58729
PRODUCTO Respirador Philips V60	
FINALIDAD PREVISTA Respirador eléctrico portátil	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo I de la nota de aviso de la empresa	
VERSION SOFTWARE 2.10 y 2.30	
FABRICANTE Respironics California, LLC. Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Respiradores Philips V60 debido al posible fallo prematuro de la placa de gestión de alimentación PCBA, número de material 1055906, por lo que podrían apagarse inesperadamente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	