DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-180	PS/PF/58682

PRODUCTO
Clavo de artrodesis endo-model, componente femoral izquierdo tamaño 1, cementado, referencia 15-8431/21

FINALIDAD PREVISTA
El clavo de artrodesis endo-model se emplea en las cirugías de artrodesis secundaria para estabilizar la articulación y, por lo tanto, mantener la función de la extremidad inferior.

Nº LOTE
1937212

FABRICANTE
Waldemar Link GmbH & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Waldemar Link España, S.A., Fontsanta, 46 5ª Planta, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 1937212 del clavo de artrodesis endo-model, componente femoral izquierdo tamaño 1, cementado, referencia 15-8431/21, debido a la posibilidad de que los orificios del componente femoral no se encuentren alineados lo que podría generar que los clavos no puedan asegurarse durante la operación con los tornillos de montaje al componente tibial.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 30/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S P L X Z V R 4 F C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89