MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-183	PS/CGG/58753

PRODUCTOS

Equipos de anestesia:

- Flow-i, Referencias 6677200, 6677300, 6677400, 6888520, 6888530, 6888540
- Flow-c, Referencia 6887700
- Flow-e, Referencia 6887900

FINALIDAD PREVISTA

Administración de anestesia al tiempo que se controla la ventilación completa de pacientes sin capacidad de respirar, así como en el apoyo de pacientes con capacidad de respirar limitada.

VERSIONES SOFTWARE

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain S.L.U., C/ Marie Curie 5, edificio Alfa, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid

ASUNTO

Instrucciones y advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que, durante el periodo de emergencia COVID-19, se puedan utilizar determinados equipos de anestesia Flow-i, Flow-c y Flow-e, fuera de su uso previsto, como ventiladores en UCI.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: T V 2 W N W Q 1 5 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89