MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-185	PS/PRV/58733

PRODUCTO
Catéter de doble luz Langston, código de producto 5540.

FINALIDAD PREVISTA
Catéter angiográfico para medir la presión y administrar inyecciones de medio de contraste a alta presión.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Vascular Solutions LLC., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol. Ind. Camporroso, Alcalá de Henares, 28806 Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados lotes del catéter de doble luz Langston, código de producto 5540, debido a la posibilidad de que durante la inyección automática con medio de contraste, la luz interna del catéter pueda desprenderse del dispositivo y permanecer en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V G 5 X E P 9 F B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89