MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-195	PS/MJF/58784

PRODUCTO
Thermo Scientific™ Oxoid™ 7% Sheep Blood+ Gentamicin Selektive Agar
Número de referencia PB5186A

FINALIDAD PREVISTA
Medio selectivo para el crecimiento de organismos de cultivo exigente

Nº LOTE
2854385

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific - Microbiology Central Reporting, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 70, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés, (Barcelona)

ASUNTO
Cese de la utilización y revisión de los resultados obtenidos con el lote 2854385 del producto Thermo Scientific™ Oxoid™ 7% Sheep Blood + Gentamicin Selektive Agar, debido a que se ha detectado una reducción de su rendimiento y a la posibilidad de que se haya producido un crecimiento pobre o inexistente de *Streptococcus pneumoniae*.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X N A G 9 9 T A 9 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89