MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-221 | PS/TS/58873 |
| **PRODUCTO**<br>Cúpula acetabular bipolar Biomet (28 X 41mm) | |
| **Nº LOTE**<br>6596871 | |
| **FABRICANTE**<br>Biomet UK Ltd., Reino Unido | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>Biomet UK Ltd. Waterton Ind Est. C.P.CF31 3XA Bridgend (Reino Unido) | |
| **ASUNTO**<br>Retirada del mercado del lote 6596871 de la cúpula acetabular bipolar Biomet 28x41 mm, debido a la ausencia de los componentes inserto en plástico y anillo. | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa | |

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 24/04/2020**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: L X X 8 F J 3 1 C 6**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89