MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-220	PS/TS/58730

PRODUCTO
Catéter de embolectomía guiado 5F Plus LeMaitre® Vascular, referencia 1651-84 y 1651-88

Nº LOTE
Ver listado de lotes afectados en apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
LeMaitre Vascular, Inc. EE.UU.

DISTRIBUIDOR
LeMaitre Vascular Spain S.L. Calle Basauri, 17. Edificio A, 2ª Derecha, oficina C. 28030 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter de embolectomía guiado 5F Plus LeMaitre® Vascular, debido a la posibilidad de deslizamiento de la ligadura o de separación de la punta al desinflar el balón.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 24/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 9 Y D W V D 6 1 B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89