MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-226	PS/SM/58905

PRODUCTO
Jeringa BD PosiFlush™ XS 10mL, referencia 306572

FINALIDAD PREVISTA
Jeringa precargada para el lavado de dispositivos de acceso vascular in situ

Nº LOTE
9182101, 9185822, 9192691, 9199773, 9204191, 9213726, 9224747, 9232938, 9235407, 9239399, 9248167, 9255893 y 9263969

FABRICANTE
Becton Dickinson and Company, EEUU

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes de las jeringas precargadas BD PosiFlush™ XS de 10 ml, referencia 306572, distribuidos entre el 6 de agosto de 2019 y el 6 de marzo de 2020, debido a la posibilidad de que presenten orificios en el envase, en cuyo caso la esterilidad externa de la jeringa no estaría garantizada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: G B P G D X S F 5 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89