MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-224	PS/MJF/58886

PRODUCTO
Adaptador Optiloc® para contraángulo, longitud 26 mm. Referencia 170.1

FINALIDAD PREVISTA
Facilitar una inserción adecuada de los Mini Implantes de una sola pieza a nivel tisular con conexión protésica Optiloc®

Nº LOTE
CH103888, CH103889, CH109608, CH111240, CH112666, CH112735, CH114073, CH115834, CH118133, CH121025, CH127520

FABRICANTE
Valoc AG, Suiza

DISTRIBUIDOR
Manohay Dental, S.A., Edificio Veganorte 3. C/ Anabel Segura, 16, Planta Baja. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes del adaptador Optiloc® para contraángulo, longitud 26 mm (Ref. 170.1), debido a que podría no acoplarse correctamente con el mecanismo de bloqueo del contraángulo, lo que podría provocar una falta de retención entre el adaptador Optiloc® y el el contraángulo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S 6 Z X S 8 K D E 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89