MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-223	PS/SI/58934

PRODUCTO

- VÁSTAGO FEMORAL H-MAX C ESTÁNDAR N.º 10 CON CONO 12/14, código de producto 4260.07.100, lote producto 1922977, lote esterilización 2000016
- VÁSTAGO FEMORAL H-MAX C ESTÁNDAR N.º 11 CON CONO 12/14, código de producto 4260.07.110, lote producto 1923092, lote de esterilización 2000020

FABRICANTE

Lima Corporate SPA. Italia

DISTRIBUIDOR

Lima Implantes S.L.U. C/ Asura, 97. 28043 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los Vástagos femorales H-Max C estándar nº 10 y nº 11 con cono 12/14, debido a una posible anomalía de dimensión que afectaría a los conos 12/14.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: T C 7 T 5 Q P B 1 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89