MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-232	PS/NA/58929

PRODUCTO

Estaciones Giraffe Shuttle, GTIN: 00840682110808 y estaciones Giraffe Shuttle GTIN: 00840682110808 que han recibido los kits de actualización con el número de referencia 2109672-001 y 2109673-001.

FINALIDAD PREVISTA

Accesorio que proporciona una fuente de electricidad a la incubadora Giraffe y otros equipos auxiliares, en el transporte del paciente con necesidades de cuidado médico.

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc. (división de GE Healhcare), Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

GE Healthcare, España. Avda. de Europa – Parque Empresarial Moraleja 22, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas estaciones “Giraffe Shuttle”, debido a que durante la carga las baterías podrían emitir concentraciones bajas de gases (liberación de gas) que dan lugar a un fuerte olor a azufre.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 30/04/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 8 3 J L 8 L 3 7 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89