MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-245	PS/TS/58938

PRODUCTO
ARTIS pheno

FINALIDAD PREVISTA
Sistema robótico de rayos X para angiografía

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH Business Area Advanced Therapies, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avenida Leonardo da Vinci, 15. C.P. 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que se produzca un fallo en la cadena de tracción de uno de los ejes del sistema ARTIS pheno, lo que podría provocar que el arco en C se desviara de su trayectoria de desplazamiento hasta 10 cm.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 N 5 S 3 J P 5 7 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89