MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-247	PS/CH/58937

PRODUCTO
Batería del equipo de reanimación cardiopulmonar Corpuls CPR, Nº de art. 09120

FINALIDAD PREVISTA
Corpuls CPR está diseñado para la medición y monitorización de constantes vitales, desfibrilación, cardioversión o estimulación del ritmo cardíaco.

VERSION FIRMWARE
Todas las versiones de firmware hasta e incluida la 1.3-004.

FABRICANTE
GS Elektromed. Geräte G. Stemple GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania S. L., Avenida Camino de lo Cortao 6, Nave 3, CP 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del firmware de las baterías del equipo Corpuls CPR, Nº de art. 09120, que funcionan con las versiones de firmware afectadas, debido a que al equilibrio defectuoso de las celdas individuales de la batería, podría activar el mecanismo de seguridad provocando que el corpuls cpr se apague inesperadamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W Q G J 4 N A 3 D 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89