MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-253	PS/JMP/59012

PRODUCTO
Sistemas Cios Spin y Cios Alpha equipados con un generador de rayos X que incluye un acumulador de energía (ESU) integrado.

Nº SERIE
Ver números de serie de los sistemas Cios Spin y Cios Alpha afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
SIEMENS HEALTHCARE GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare SLU. Avd. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Cios Spin y Cios Alpha equipados con un generador de rayos X que incluye un acumulador de energía (ESU) integrado, debido a que si el sistema muestra el mensaje de error: “Err 16305 / 80: Confirmar error. Repetir función”, al desenchufar el cable principal puede generarse una tensión eléctrica peligrosa en el conector X10, lo que puede provocar una descarga eléctrica si el usuario u otras personas tocan las patillas de contacto del conector X10.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z C B B P S X B 4 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89