DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-257	PS/MTM/59015

PRODUCTO
Plasma deficiente en factor V de la coagulación, número de catálogo ORSM19, número de material de Siemens (SMN) 10446269

FINALIDAD PREVISTA
Reactivo para diagnóstico *in vitro* para la determinación de la actividad del factor V de la coagulación y para la detección del factor V Leiden en plasma humano

Nº LOTE
504974

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Cese de utilización del lote 504974 del reactivo Plasma deficiente en factor V de la coagulación, número de catálogo ORSM19, número de material de Siemens (SMN) 10446269, debido a que puede contener viales incorrectos que dan lugar a resultados de control fuera de rango.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S 7 X K P 9 T D B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89