MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-256	PS/SM/58930

PRODUCTO
Analizadores ABL80

VERSION SOFTWARE
Todas

FABRICANTE
Radiometer Medical ApS, Dinamarca

DISTRIBUIDOR
Radiometer Ibérica, S.L. Avda. de Valgrande, 8 - 2º piso, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los Analizadores ABL80, debido a la posibilidad de que los lectores de códigos de barras puedan leer de forma incorrecta el contenido de un código de barras sin digito de control impreso localmente para la ID del paciente o de la muestra en el analizador, pudiendo producirse mezcla de datos de pacientes o la pérdida de la muestra.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: K 8 5 X L L E F 0 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89