MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-252	PS/JMP/58985

PRODUCTO
Perno de bloqueo, Tornillo de compresión y Cápsula del extremo, distribuidos a partir del 10 de marzo de 2020

REFERENCIA Y Nº LOTE
Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Stryker Trauma GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia SL. C/Sepúlveda 17. 28108 Alcobendas, Madrid.
Direx S.L. C/Panamá 1 edif. Luna local 1-9 Pol. Costa Sur. 38009 Santa Cruz de Tenerife

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del Perno de bloqueo, Tornillo de compresión y Cápsula del extremo, debido a un posible defecto en el revestimiento de las tapas de sellado del embalaje estéril que podría afectar a la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P 3 C Z E X 9 5 6 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89