ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-267	PS/PPR/59089

PRODUCTO

Analizadores Atellica IM 1300 y 1600, cuando utilizan determinados recipientes para muestras Atellica.

Ver referencias de los analizadores y recipientes para muestras Atellica afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Analizadores de inmunoensayo automatizado que utilizan tecnología quimioluminiscente para realizar pruebas de diagnóstico in vitro en muestras clínicas.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con los analizadores Atellica IM 1300 y 1600, debido a que cuando se utilizan con determinados recipientes para muestras Atellica, existe la posibilidad de que generen resultados erróneamente por debajo de lo normal en muestras con volumen insuficiente que no alcanzan el volumen mínimo requerido (MRV)**.**

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa