MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-266	PS/MJF/59135

PRODUCTO

Palas Internas de Desfibrilación Esterilizables

- Palas sin interruptor M1741A, M1742A, M1743A, M1744A
- Palas con interruptor M4741A, M4742A, M4743A, M4744A

FABRICANTE

Philips Medical Systems , EEUU

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, nº 1. 28050 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de Palas Internas de Desfibrilación esterilizables con y sin interruptor de Philips, debido al posible desgaste que pueden sufrir con el tiempo, por lo que antes de su utilización deben efectuarse las comprobaciones específicas para evaluar su idoneidad descritas en las instrucciones de uso, y si una o más de estas actividades de comprobación de las palas falla, deben retirarse del servicio y reemplazarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: K D Y N Y K T 0 6 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89