MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-272	PS/AG/58846

PRODUCTO
Catéter con balón de oclusión Bridge, referencia 590-001

FINALIDAD PREVISTA
Catéter para la oclusión temporal de un vaso sanguíneo de la vena cava superior en aplicaciones que incluyen oclusión perioperatoria y control de emergencia de hemorragias.

FABRICANTE
The Spectranetics Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Biomenco S.L., Av. de les Corts Catalanes 8, Sant Cugat del Vallés 08173, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones del catéter con balón de oclusión Bridge, referencia 590-001, debido a la posibilidad que se formen trombos cuando se coloca en pacientes durante un período prolongado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/05/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S G W 9 B K 9 7 9 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89