ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-309	PS/TS/59143

PRODUCTO
Revestimiento glenoideo Anaverse (XS, S, M y L) (ver n^{os} de artículo afectados en la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA
El sistema glenoideo Anaverse está destinado a la implantación no cementada a largo plazo en la articulación del hombro en artroplastias primarias del hombro (anatómica o invertida) o de conversión total**.**

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Zimmer GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U. Edifico Sertram II. C/ Metalurgia, 32-34 08038. Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes y n^{os} de artículo del revestimiento glenoideo Anaverse de polietileno (PE), debido a la posibilidad de que presenten dificultades del montaje del revestimiento de PE en la placa base de soporte y de que se produzca el desacoplamiento posoperatorio del revestimiento de PE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa