ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-295	PS/CV/VCG/4344

PRODUCTO

Dispositivos de humidificación respiratoria y accesorios de Clase ll (Circuitos desechables para pacientes, unidad de transferencia)

FABRICANTE

ANDERS LARSSON LIVS AB, Morevagen 22, 3888 30 Ljungbyholm, Suecia

ASUNTO

Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos del certificado CE falso:

- Organismo Notificado y nº de identificación: DQS Medizinprodukte GmbH (0297)
- Número de certificado: 170724386 (Certificate Unique ID) y 291656 MR2 (Certificate Registration no)
- Fabricante: ANDERS LARSSON LIVS AB, Suecia
- Producto: Dispositivos de humidificación respiratoria y accesorios de Clase ll (Circuitos desechables para pacientes, unidad de transferencia)
- Fecha de emisión: 02 febrero 2019
- Fecha de caducidad: 02 febrero 2024

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación. https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/