MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-310	PS/JMP/59250

PRODUCTO
Catéter de Ablación con sensor de fuerza de contacto TactiCath Quartz
Modelos PN-004 065 y PN-004 075

FABRICANTE
ABBOTT, USA

DISTRIBUIDOR
Abbott Medical España S.A. Av. de Burgos 91, 28050, Madrid
Quilmedic SL. Ctra, N-332, s/n, 03550, Sant Joan d'Alacant, Alicante

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los modelos PN-004 065 y PN-004 075 del Catéter de ablación con sensor de fuerza de contacto TactiCath Quartz, debido al riesgo de que se produzca pérdida de información sobre la fuerza de contacto durante el uso del catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: T 3 5 X V 7 3 2 1 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89