MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-312	PS/TS/59261

PRODUCTO
Sistemas Artis zee / Artis Q / Q.zen equipados con un Multi Display Manager

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas robóticos de rayos X para angiografía

Nº SERIE
La empresa indicara al centro los números de serie afectados

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Artis equipados con un Multi Display Manager, debido a la posibilidad de que se produzca un aumento de la resistencia eléctrica de un contacto hasta la interrupción del contacto eléctrico en un lote específico de distribuidores eléctricos que forman parte del Multi Display Manager, lo que podría llevar a que la pantalla grande Large Display dejara de funcionar correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S 3 J X 7 4 D F 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89