MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-314	PS/PF/59290

PRODUCTO

Productos Phenix fabricados entre 2010 y 2015:

- Phenix portable drainer: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« CA » - CA***XXXXXXX*
- Phenix portable physio: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« CB » - CB**XXXXXXX
- Phenix portable physiostim: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« DA » - DA***XXXXXXX*
- Phenix portable uro: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« CC » - CC***XXXXXXX*
- Phenix contact 2: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« CE » - CE***XXXXXXX*
- Phenix contact 2 uro: Todos los n^{os} de serie comenzando por « **CF » - CF***XXXXXXX*
- Phenix contact 4: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« CG » - CG***XXXXXXX*
- Phenix contact dolphitonic: Todos los n^{os} de serie comenzando por **« DF » - DF***XXXXXXX*

FINALIDAD PREVISTA

Los productos Phenix son aparatos de electroestimulación empleados en fisioterapia y rehabilitación.

FABRICANTE

Electronic Concept Lignon Innovation (ECLI), Francia

DISTRIBUIDOR

PRIM, S.A., Polígono Industrial nº 1, C/Yolanda González (antigua C/F) nº 15, 28938 Móstoles, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que la batería de determinados productos Phenix se prenda fuego si se encienden mientras están conectados a la red eléctrica para la recarga de la batería interna.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 08/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: T Q D T Q P B B 7 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89