MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-324	PS/SM/59274

PRODUCTO

SELDICATH, MICRODARD, DISP BLOC PARA-CERVICAL DEPASST, PLEUROCATH, COMBICATH, OMBILICATH, VALVE HEIMLICH, ENDOCATH, SELDICATH, C35, C11, SELDIFLEX, V77, V78, V74.
Ver n^{os} de referencia afectados en listado anexo de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Catéter arterial periférico de un solo uso; agujas estériles de un solo uso; dispositivo para bloqueo paracervical; dispositivo estéril de drenaje torácico de un solo uso; catéter de muestra bronquial estéril de un solo uso; catéter periférico arterial y venoso umbilical estéril de un solo uso; drenaje torácico estéril de un solo uso; catéter venoso periférico con aguja estéril de un solo uso; catéter arterial periférico estéril de un solo uso; conectores, tapas y conectores sin aguja estériles de un solo uso; tubos de extensión estériles de un solo uso; catéter venoso central de uso a corto plazo estéril de un solo uso; catéteres de tunelización venosa central a corto plazo estériles de un solo uso y kits de reparación; catéteres de tunelización venosa central a largo plazo estériles de un solo uso y kits de reparación; introductor vascular estéril de un solo uso.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en listado anexo de la empresa

FABRICANTE

PRODIMED, Francia

DISTRIBUIDOR

INTERSURGICAL ESPAÑA S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de productos de la empresa Prodimed, S.A.S., debido a que la esterilidad de los productos podría no estar garantizada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado productos y lotes afectados

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 W 6 L E Y R 5 0 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89