# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-330 | PS/MTM/59368 |
| **PRODUCTO**<br>Agujas de crioablación IceFORCE 2.1 CX e IcePearl 2.1 CX | |
| **REFERENCIA Y Nº LOTE**<br>Ver referencias y n$^{os}$ de lote afectados en el Anexo I de la nota de aviso de la empresa | |
| **FABRICANTE**<br>Galil Medical Ltd., Israel. | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>Boston Scientific Ibérica, S.A., Parque Puerta de las Naciones C/ Ribera del Loira, 46 – Edificio 2, 28042 Madrid. | |
| **ASUNTO**<br>Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de agujas de crioablación IceFORCE™ 2.1 CX e IcePearl™ 2.1 CX, debido a la posibilidad de que la superficie de la aguja se deteriore a causa de una electrólisis inesperada durante el procedimiento. | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa | |