MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-334	PS/SI/59526
PRODUCTO ETERMIS 3	
FINALIDAD PREVISTA Implante dérmico de Acido Hialurónico	
Nº LOTE 927095	
FABRICANTE Merz Pharmaceuticals. Frankfurt am Main. Alemania	
DISTRIBUIDOR Merz Pharma España, S.L. Avda. de Bruselas 5.28108 Alcobendas - Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad y reemplazo del lote 927095 del producto Etermis 3, debido a que se fabricó con una fecha de caducidad impresa incorrecta de 38 meses en lugar de 36, es decir, 2022-08 en lugar de 2022-06.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 9 A A Q K K 6 D B 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89