MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
PRODUCTO FALSIFICADO

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-357	PS/CV/CEL/4159

PRODUCTO

Durex Dame Placer 12 preservativos.

Nº LOTE

1000603437

FABRICANTE

Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido

DISTRIBUIDOR

Reckitt Benckiser Healtcare, S.A.,Calle Mataró 28, 08403 Granollers, Barcelona

ASUNTO

Notificación de la detección de unidades falsificadas del lote 1000603437 del producto Durex Dame Placer 12 preservativos de la empresa Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El distribuidor de preservativos Durex en España, Reckitt Benckiser Healtcare, S.A., ha confirmado la falsificación del lote 1000603437.

El material de acondicionamiento y el etiquetado del producto falsificado presenta diferencias con respecto al producto original. Además, la fecha de caducidad del producto original es 2023-09, mientras que la fecha de caducidad que muestra el producto falsificado es 2024-05.

El producto falsificado ha sido identificado durante la investigación que se está llevando a cabo como consecuencia de la detección en el mercado de unidades falsificadas del producto Durex Natural Comfort 12 preservativos con número de lote 1000221414 y fecha de caducidad 2024-05. Información que fue transmitida el pasado 14 de mayo, alerta número 220-249 y nota informativa PS,17/2020.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 23/2020

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: K E 4 Q 9 C A 0 1 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89