MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-331	PS/JMP/59517

PRODUCTO
Suturas de seda torcida azul 8-0.
Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso empresa.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso empresa.

FABRICANTE
ETHICON LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson Medical S.A., Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y retirada del mercado de determinados códigos y lotes de las suturas de seda torcida azul de tamaño 8-0, debido a que pueden no cumplir los requisitos individuales y promedio de tensión de rotura durante el periodo de validez de 5 años, lo que podría provocar la rotura de la sutura durante el uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 30/06/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S E 2 B V P X 6 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89