MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-362	PS/MJF/59962

PRODUCTO

- ADVIA Centaur Rubella G (RUBG), número de catálogo 08666235, número de material de Siemens 10310283
- ADVIA Centaur Rubella M (RUBM), número de catálogo 02633319, número de material de Siemens 10310285

FINALIDAD PREVISTA

Detección de anticuerpos Ig G e Ig M frente al virus de la Rubeola

Nº LOTE

- ADVIA Centaur Rubella G (RUBG), lotes: 16975222, 25881224, 32323224
- ADVIA Centaur Rubella M (RUBM), lotes: 07257190, 15401190

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes de los ensayos ADVIA Centaur Rubella G (RUBG) y ADVIA Centaur Rubella M (RUBM), debido a que la información de los valores del calibrador no se guarda cuando las tarjetas de valores asignados del calibrador para dichos lotes se escanean o introducen manualmente en el sistema ADVIA Centaur® XP.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: E 8 T D E 7 5 E 8 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89