MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-365	PS/TS/59134

PRODUCTO

Elevadores de bañera móviles TR9650 (fabricados entre 2012 y marzo 2015):

- Elevador de silla móvil TR9650, número de artículo 0542000
- Elevador de camilla TR9650, número de artículo 0542010
- Elevador combi TR9650, número de artículo 0542020

FINALIDAD PREVISTA

El producto está destinado a facilitar el transporte del paciente hacia y desde la bañera, facilitar el baño y el vestirse y desvestirse en relación con las rutinas del baño.

Nº SERIE

Desde 1203-20410 hasta 1501-22465

FABRICANTE

TR Equipment AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

Karinter 94 S.L. Gaià 41, Nave 4 C.P. 08110. Montcada i Reixac, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados elevadores de bañera móviles TR9650, debido a la posibilidad de que la unidad de la caja de cambios del motor pueda desgastarse y averiarse tras varios años de uso, lo que podría ocasionar que la silla/camilla se cayera si la unidad sufre una avería durante el funcionamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 03/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P 7 9 R 4 A 4 6 6 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89