MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-374	PS/AG/59744

PRODUCTO
Bombas Volumed µVP7000: Todos los dispositivos (Chroma & Premium) entregados antes de junio de 2020, utilizados con líneas de PP (polipropileno).

FINALIDAD PREVISTA
Bombas volumétricas de infusión.

FABRICANTE
Arcomed AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Gestión Integral de Clínicas, S.L. (GIC) , Sector Foresta, 9 – Local 12-13, 28760 Tres Cantos, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas Volumed µVP7000 debido a que en determinadas condiciones, dispositivos trabajando a temperaturas bajas con alta transmisión residual del sensor, no detectarían sistemáticamente el aire en línea al utilizar líneas de PP (polipropileno).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 9 Y 8 V 2 E D 4 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89