DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-378	PS/PRV/60478

PRODUCTO

- Asas de polipectomía de un solo uso Captivator™
- Asas de poilipectomía de un solo uso Captiflex™

REFERENCIAS Y Nº LOTE

Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Boston Scientific Corporation. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Boston Scientific Ibérica S.A. Parque Empresarial Puerta de las Naciones. C/ Ribera del Loira, 46. Edificio 2-1ª planta. 28042 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las asas de polipectomía de un solo uso Captivator™ y Captiflex™, debido a la posibilidad de que no sean capaces de resecar y extraer pólipos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P J 4 C P 3 W 2 0 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89