MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-385	PS/MJF/59295

PRODUCTO
Receptores Dexcom G4 PLATINUM y Dexcom G5 Mobile

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de Monitorización Continua de Glucosa (MCG)

FABRICANTE
Dexcom Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Novalab Ibérica S.A.L., C/ Argentina, 2 A-10, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los receptores Dexcom G4 PLATINUM y Dexcom G5 Mobile, debido a que si han estado expuestos a determinadas fuerzas y/o impactos (por ejemplo, si se han caído), podrían apagarse y dejar de proporcionar valores de glucosa o las alertas relacionadas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa
- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS 26/2020

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z A 5 X 6 4 G 9 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89