MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-388	PS/MTM/59964

PRODUCTO
MEDUCORE Standard²; sistema de desfibrilación y monitorización WM 45300

Nº SERIE

- todos los números de serie hasta el 1766 incluido
- números de serie 1782 hasta 1785
- números de serie 1787 hasta 1796
- número de serie 1798

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania S.L., Av. Camino de lo Cortao, 6, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinados sistemas de desfibrilación y monitorización MEDUCORE Standard² debido a la posibilidad de que no se inicien correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 A F 5 B D F 0 B C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89