MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-391	PS/PPR/60647

PRODUCTO
Sistemas de drenaje torácico Pleur-evac®, Códigos de producto A-8000I y A-8000I-06

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de drenaje torácico.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Teleflex Medical, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical Iberia S.A. Calle Quito s/n – nave 1-5 Polígono Industrial de Camporroso. 28806 Alcalá de Henares .Madrid

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados códigos y lotes de los Sistemas de drenaje torácico Pleur-evac®, debido a un posible problema en el envase por lo que la esterilidad de los productos podría estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B 9 Z G W 5 Y 2 1 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89