MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-392	PS/CV/NM/4502

PRODUCTO

Guantes quirúrgicos de látex desechables y guantes de examen médicos.

FABRICANTE

PIDEGREE Industrial Co Limited, Mingrun Business Building No. 199 Huangbian North Road, Guangzhou City, Guangdong Province.

REPRESENTANTE EUROPEO

LINKFAR HEALTHCARE GMBH , 40474, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Alemania

ASUNTO

Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos del certificado CE falso:

- Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
- Número de certificado: G2.16.03.74980.008
- Fabricante: PIDEGREE Industrial Co Limited
- Producto: Guantes de látex quirúrgicos desechables y guantes de examen médicos.
- Fecha de emisión: 19 mayo 2016
- Fecha de caducidad: 11 abril 2021

Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación:
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Certificado de marcado CE falso

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X 2 B R K D 7 0 9 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89