MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-405	PS/MJF/60824

PRODUCTO
Aplicación de software Modelo A810 de la bomba SynchroMed™ II utilizada con la tablet de programación del médico CT900

FINALIDAD PREVISTA
Programar la bomba de infusión de fármacos implantable SynchroMed™ II de Medtronic

FABRICANTE
Medtronic Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A; C/ María de Portugal, 11. 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de la aplicación de software Modelo A810 de la bomba SynchroMed™ II, que se utiliza con la tablet de programación del médico CT900, a la versión 1.1.342, debido a que las versiones anteriores del software no resuelven un error específico de la memoria de la bomba que potencialmente puede inhibir la ejecución del comando de actualización de la bomba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 9 7 K Q 5 P A 1 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89