MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-403	PS/CGG/60648

PRODUCTO
Pera de goma, Referencia 437000

FINALIDAD PREVISTA
Pera de goma diseñada para suministrar aire al pulverizador 436610

FABRICANTE
KARL STORZ SE & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
KARL STORZ Endoscopia Ibérica, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich, 28830 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de procesamiento de la pera de goma Referencia 437000, debido a la información incorrecta que constaba en las mismas y que podría provocar el deterioro del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de procesamiento actualizadas

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 G P 2 6 W W 1 9 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89