MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-413	PS/SM/60916

PRODUCTO

- VITROS® Chemistry Products TBIL Slides
- VITROS® Chemistry Products BuBc Slides
- VITROS® XT Chemistry Products TBIL-ALKP Slides

FINALIDAD PREVISTA

Reactivos para diagnóstico in vitro de bilirrubina total

FABRICANTE

Ortho Clinical Diagnostics Inc. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Ortho-Clinical Diagnostics Spain S.L.U. Vía de Los Poblados 1 Edificio B, Planta 3ª, Oficina B-Parque Empresarial Alvento.28033 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso debido a la detección de interferencia de Eltrombopag para VITROS® Chemistry Products TBIL Slides, VITROS® Chemistry Products BuBc Slides y VITROS® XT Chemistry Products TBIL-ALKP Slides.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa Centros sanitarios
- Nota de aviso empresa Distribuidores

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: J J N C D D Q 6 7 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89