MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-409	PS/CGG/60882

PRODUCTOS
Ventiladores Monnal T50, Referencias KC027500, KC037600, KC039100 y KC072220

VERSION FIRMWARE
Versión de firmware de la fuente de alimentación PSU-0111 o inferior

FABRICANTE
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia

DISTRIBUIDORES

- AL MEDICINAL HC (VITALAIRE ESPAÑA), C/ Orense 34, 28020 Madrid
- OXIMESA S.L, C/ Lanjarón 4, 18220 Albolote, Granada
- PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL S.A., Av. de Pío XII, 6, 28016 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del firmware de la fuente de alimentación de determinados ventiladores Monnal T50 a la versión V2.6.3/PSU112, debido a la posibilidad de que si no se siguen sistemáticamente las instrucciones de seguridad para el uso de la batería de reserva podría producirse la rotura del CID (Dispositivo de interrupción de la corriente) y el bloqueo de dicha batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P W S P Q S V C D 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89