MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-407	PS/JMP/60702

PRODUCTO
Laringoscopios RUSCH® GREENLITE™ Mac
(Ver referencias afectadas en nota de aviso empresa).

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
TELEFLEX MEDICAL, IRLANDA.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol. Ind. Camporroso, Alcalá de Henares, 28806 Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de los laringoscopios de un solo uso Rusch® Greenlite™ MAC, debido a la posibilidad de que el conductor de luz del laringoscopio se rompa durante la configuración previa al uso o durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P E 5 J S V R 6 4 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89