MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-410	PS/PF/60649

PRODUCTO
Tristel Duo ULT, Código TSL022601

FINALIDAD PREVISTA
El Tristel Duo ULT está destinado a la desinfección de sondas de ultrasonido de endocavidad como sondas transrectales y transvaginales. Entre otros usos se incluye la desinfección de alto nivel de dispositivos médicos no invasivos como sondas transabdominales, escáneres de vejiga y manguitos para la presión arterial.

Nº LOTE
P001000

FABRICANTE
Tristel Solutions Ltd, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Vesismin Health, Carrer de Lluçà 28, 5º, 08028 Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad y retirada del mercado de las cajas del lote P001000 del producto Tristel Duo ULT que contengan en su interior frascos Duo ULT del lote P002103 marcados con la fecha de caducidad del 21/11/2020.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota de aviso empresa para cetros sanitarios

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Y R A 4 V 2 R F 0 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89