MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-421	PS/CH/60757

PRODUCTO

Set de Catéteres para anestesia epidural y hemodiálisis crónica Arrow®.

Nombre del producto	Código del producto	Número de lote
Anestesia epidural de un solo disparo de Arrow	AK-03000-S	13F17J0230
Equipo con conector de reemplazo Cannon II Plus	CAR-02400	13F19J0153 23F17H0547
Catéter epidural TheraCath® de Arrow	EC-05000	13F18C0518
Equipo con conector de reemplazo NextStep Retrograde	NRH-15192	13F19H0454

FABRICANTE
Arrow International Inc., EE UU.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical, C/Quito, Pol. Ind. Camporroso, nave 1-5, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de Set de Catéteres para anestesia epidural y hemodiálisis crónica, fabricados por Arrow International Inc., EEUU., debido a que el etiquetado de la tapa del envase indica una fecha de caducidad incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L S W D T A Y C 5 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89