ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-417	PS/TS/60418

PRODUCTO
Perseus A500 (modelo MK06000)

FINALIDAD PREVISTA
Estación de anestesia

Nº SERIE
ASCF-0001 hasta ASNF-0055

VERSION SOFTWARE
SW2.0n

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania

DISTRIBUIDOR

- Oiz Medical, S.L. C/Julio Urquijo 6, 7ºC. C.P. 48014 Bilbao (Vizcaya)
- Dräger Medical Hispania. C/Xaudaró 5. C.P. 28034 Madrid
- Genke Rent, S.L. Playa de las Américas 2, Oficina B2. C.P. 28090 Las Rozas (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de las estaciones de anestesia Perseus A500, debido a un posible fallo de la interfaz de Medibus de Perseus A500, lo cual puede ocasionar retrasos en la visualización de las curvas de ventilación y arranques en caliente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa