MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIAS**
2020-442	PS/CH/61133
PRODUCTOS Monitores/Desfibriladores HeartStart MRx, modelos 861288, M3535A, 861289, M3536A	
FABRICANTE Philips Medical Systems. EE UU.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A.U., C/ María de Portugal, 1; CP 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los Monitores/Desfibriladores HeartStart MRx debido a la posibilidad de que el selector de energía falle, ocasionando un retraso o fallo en la administración de la desfibrilación prevista.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 31/07/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 4 F 4 E J A 7 3 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89