ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-457	PS/MTM/61008
PRODUCTO Sistemas Servino, nº referencia 68 81 700, y SoKINOX, nº referencia 66 94 550	
FINALIDAD PREVISTA Sistemas de control y suministro de NO	
Nº SERIE Sistema Servino: 20000-20082 Sistema SoKINOX: 1-739	
FABRICANTE Maquet Critical Care AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR Air Liquide Healthcare España, S.L., C/ Orense 34, 28020 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad y sustitución de la placa PC2013 de determinados sistemas de control y suministro de NO, Servino y SoKINOX, para solucionar el fallo de purga generado por problemas de corrosión de los sensores de presión.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	